



Desinfecção de moldes: um assunto sério!

Essa edição do Pocket foi feita com base no Manual de Biossegurança da Faculdade de Odontologia de Araraquara – Unesp 2009, e no artigo dos dentistas Plínio Marcos Modaffore, Cristiane Ueda e Prof. Dr. José Carlos Garófalo.

O trabalho do cirurgião-dentista é promover a saúde de seu paciente e, por isso, a biossegurança é um assunto tão importante para a profissão. A fim de evitar a contaminação cruzada, os moldes devem passar por processos de desinfecção, já que entram em contato com saliva, placa bacteriana e podem ter contato com sangue.

Para o processo de higienização ser eficaz e não alterar dimensionalmente o molde, é preciso escolher corretamente o agente desinfetante, assim como seguir corretamente as instruções de uso. Em odontologia, os agentes compatíveis são o ácido peracético a 1% e o hipoclorito de sódio.

Confira a seguir algumas dicas e procedimentos para garantir a sua segurança e a de seus pacientes.

Indicações dos agentes desinfetantes (TABELA)

- ácido peracético a 1%
- polissulfeto
- silicona
- pasta de óxido de zinco e eugenol
- hipoclorito de sódio a 0,5% ou 1,0%
- alginato
- polissulfeto
- silicona
- poliéter
- hidrocoloide reversível
- godiva

Passo a passo

- Lavar em água corrente para remover os detritos orgânicos (figura A).
- Para alginato e poliéter: borrifar o molde com o hipoclorito de sódio (figura B), envolvendo-o em papel toalha umedecido com o agente desinfetante, deixar agir por 10 minutos dentro de um saco plástico hermeticamente fechado. É importante que o papel toalha permaneça úmido.
- Para polissulfeto, silicona, poliéter, hidrocoloide reversível e godiva: em um recipiente de vidro ou plástico com tampa, ou ainda em saco de plástico com fecho, colocar o desinfetante e deixar o molde imerso na solução por 10 minutos (figura C).
- Após o tempo de desinfecção, lavar em água corrente abundantemente.
- Secar bem e acondicionar em local arejado e seco.
- A solução desinfetante deve ser usada apenas uma vez.



laboratório
aliança

Acesse o site do laboratório, faça o download desta edição e outros informativos. É gratuito para todos os cirurgiões-dentistas. Boa leitura! *Dúvidas, sugestões ou assessoria, contate-nos!*

Rua Simão Álvares, nº 464 | Pinheiros | CEP 05417-020
São Paulo | SP | Tel: 11 3032.0079
www.laboratorioalianca.com.br